258, Montée des Grands Champs
71520 NAVOUR sur Grosne
FRANCE

MODEL-LOCK CUP-Platte

Artikel-Nr. 590050

ANWENDUNGSHINWEISE

1 — Vorbereitung der Modelle
Die Basis jedes der beiden aus Kunstharz gedruckten Modelle plan beschleifen.

WICHTIG: Die Modelle müssen eine **vollkommen ebene Standfläche** aufweisen, um eine optimale Verklebung zu gewährleisten.

2 — Reinigung
Die Modelle vor dem Verkleben sorgfältig trocknen und von Staub befreien. Die Oberflächen müssen sauber und trocken sein.

3 — Verkleben der Modelle
Die Modelle mit einem **Cyanacrylat-Kleber** auf die **glatte Seite** der **Model-Lock CUP-Platte 590050** kleben.

4 — Einrasten
Auf der dem Modell gegenüberliegenden Seite das **schwarze weibliche Model-Lock CUP-Teil 493200** einrasten.

Den korrekten Sitz und die Stabilität der gesamten Einheit überprüfen.

5 — Verkleben der Okklusionsstifte
Die **Okklusionsstifte** mit Cyanacrylat-Kleber aufkleben.

6 — Montage im Artikulator
Die Montage im Artikulator nach der herkömmlichen Methode durchführen.

7 — Freigabe der Okklusion
Nach dem vollständigen Abbinden des Gipses die Okklusionsstifte abschneiden, um die Okklusion freizugeben.

8 — Ausrasten
Das Modell zusammen mit der **Model-Lock CUP-Platte** aus der Montage im Artikulator ausrasten.

Das Model-Lock-System ermöglicht eine **präzise und reproduzierbare Repositionierung des Modells im Artikulator**.

SICHERHEITSHINWEISE

Produkt für den **professionellen Einsatz im Dentallabor** bestimmt.

Einen geeigneten Cyanacrylat-Kleber verwenden und die Herstellerhinweise beachten.

Erst nach dem vollständigen Abbinden der Materialien ausrasten.