258, Montée des Grands Champs
71520 NAVOUR sur Grosne
FRANCE

PIASTRA MODEL-LOCK CUP

Riferimento 590050

ISTRUZIONI PER L'USO

1 — Preparazione dei modelli
Spianare la base di ciascuno dei due modelli stampati in resina.

IMPORTANTE: I modelli devono presentare una **base perfettamente piana** per garantire un incollaggio ottimale.

2 — Pulizia
Asciugare e rimuovere accuratamente la polvere dai modelli prima dell'incollaggio. Le superfici devono essere pulite e asciutte.

3 — Incollaggio dei modelli
Utilizzando una **colla cianoacrilica**, incollare i modelli sulla **faccia liscia** della **PIASTRA Model-Lock**

Rif. 590050.

4 — Aggancio
Sul lato opposto al modello, agganciare la **parte femmina nera Model-Lock CUP Rif. 493200**.

Verificare il corretto aggancio e la stabilità dell'insieme.

5 — Incollaggio dei perni di occlusione
Incollare i **perni di occlusione** utilizzando una colla cianoacrilica.

6 — Montaggio in articolatore
Procedere al montaggio in articolatore secondo il metodo tradizionale.

7 — Liberazione dell'occlusione
Dopo la completa presa del gesso, tagliare i perni di occlusione per liberare l'occlusione.

8 — Sgancio
Sganciare il modello e la relativa **PIASTRA Model-Lock CUP** dal montaggio in articolatore.

Il sistema Model-Lock consente il **riposizionamento preciso e ripetibile del modello sull'articolatore**.

PRECAUZIONI

Prodotto destinato all'**uso professionale in laboratorio odontotecnico**.

Utilizzare una colla cianoacrilica idonea e rispettare le indicazioni del produttore.

Procedere allo sgancio solo dopo la completa presa dei materiali.