258, Montée des Grands Champs
71520 NAVOUR sur Grosne
FRANCE

# PLACA MODEL-LOCK CUP

## Referencia 590050

## INSTRUCCIONES DE USO

**1 — Preparación de los modelos**
Tallar en plano la base de cada uno de los dos modelos impresos en resina.

**IMPORTANTE:** Los modelos deben presentar una **base perfectamente plana** para garantizar una adhesión óptima.

**2 — Limpieza**
Secar y eliminar cuidadosamente el polvo de los modelos antes del pegado. Las superficies deben estar limpias y secas.

**3 — Pegado de los modelos**
Utilizando un **adhesivo de cianoacrilato**, pegar los modelos sobre la **cara lisa** de la **PLACA Model-Lock Ref. 590050**.

**4 — Enganche**
En la cara opuesta al modelo, encajar la **pieza hembra negra Model-Lock CUP Ref. 493200**.

Comprobar que el enganche sea correcto y que el conjunto sea estable.

**5 — Pegado de los topes de oclusión**
Pegar los **topes de oclusión** utilizando un adhesivo de cianoacrilato.

**6 — Montaje en articulador**
Proceder al montaje en el articulador siguiendo el método tradicional.

**7 — Liberación de la oclusión**
Una vez fraguado completamente el yeso, cortar los topes de oclusión para liberar la oclusión.

**8 — Desenganche**
Desenganchar el modelo y su **PLACA Model-Lock CUP** del montaje en el articulador.

El sistema Model-Lock permite el **reposicionamiento preciso y repetible del modelo en el articulador**.

**PRECAUCIONES**

Producto destinado al **uso profesional en laboratorio dental**.

Utilizar un adhesivo de cianoacrilato adecuado y respetar las recomendaciones del fabricante.

Proceder al desenganche únicamente después del fraguado completo de los materiales.