258, Montée des Grands Champs
71520 NAVOUR sur Grosne
FRANCE

PLAQUE MODEL-LOCK CUP

Référence 590050

CONSEIL D'UTILISATION

1 — Préparation des modèles
Tailler à plat la base de chacun des deux modèles imprimés en résine.

IMPORTANT : Les modèles doivent impérativement présenter une **assise parfaitement plane** afin d'optimiser le collage.

2 — Nettoyage
Sécher et dépoussiérer soigneusement les modèles avant collage. Les surfaces doivent être propres et sèches.

3 — Collage des modèles
À l'aide d'une **colle cyanoacrylate**, coller les modèles sur la **face lisse** de la PLAQUE Model-Lock CUP **Réf. 590050**.

4 — Clipsage
Sur la face opposée au modèle, clipser la **partie femelle Model-Lock CUP noire Réf. 493200**.
Vérifier le bon clipsage et la stabilité de l'ensemble.

5 — Coller les plots d'occlusion à l'aide d'une colle cyanoacrylate.

6 — Mise en articulateur
Procéder à la mise en articulateur selon la méthode traditionnelle.

7 — Libération de l'occlusion
Après la prise complète du plâtre, couper les plots d'occlusion afin de libérer l'occlusion.

8 — Déclipsage
Déclipser le modèle et sa PLAQUE Model-Lock de la mise en articulateur.

Le système Model-Lock CUP permet le **repositionnement précis et répétitif du modèle sur l'articulateur**.

PRÉCAUTIONS
Produit destiné à un **usage professionnel en laboratoire dentaire**.
Utiliser une colle cyanoacrylate adaptée et respecter les recommandations de son fabricant.
Ne procéder au déclipsage qu'après la prise complète des matériaux.